


AT 2017/001 DA ANÁLISE DO EQUIPAMENTO PROPOSTO NO PREGÃO 0349/7068-2016 REALIZADO PELA CAIXA, QUE OBJETIVA A VERIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO DO EQUIPAMENTO EM RELAÇÃO AO EXIGIDO EM EDITAL

1. Aos 27 dias do mês de janeiro de 2017, às 11:00 (onze horas) na GILOG/CT - Curitiba/PR, encontraram-se os senhores abaixo nominados, representantes da CAIXA, da empresa EVI SYSTEMS BRASIL LTDA, VIPBRAZIL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO e VVR DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, para observação da demonstração do equipamento proposto no pregão 0348/7068-2016.
2. O equipamento em questão é da marca Domens, modelo EU5090T, sendo os insumos para testagem trazidos pela empresa EVI SYSTEMS BRASIL LTDA.
3. O equipamento da série Q/ 2016007887, foi testado pelo representante da empresa EVI SYSTEMS, nos itens que seguem, com insumos trazidos pelo representante e devido ao fato de não serem suficientes foram também utilizados insumos dos demais envolvidos.
 - 3.1 Alimentação bivolt: O equipamento funcionou em voltagem 110V e segundo o representante da empresa EVI, possui função bivolt automática.
 - 3.2 Velocidade de contagem 1200 cédulas por minuto: Foi testada a velocidade do equipamento, sendo que o mesmo contou 100 cédulas em uma média de tempo de 5,75 SEGUNDOS, retestado contando 100 cédulas em 5,71 segundos, o que perfazem 1200 cédulas em uma média de 69 segundos, não atendendo as especificações.
 - 3.3 Capacidade do alimentador mínimo de 300 cédulas: Foi testada a capacidade do alimentador e o mesmo suportou 300 cédulas.
 - 3.4 Identificação de cédulas falsas: Foram seguidas exatamente as especificações citadas no manual do equipamento para operação de identificação de cédulas falsas, sendo a contadora testada diversas vezes, com



tipos distintos de cédulas (R\$ 2,00, R\$ 5,00, R\$ 10,00, R\$50,00) e o equipamento não detecta cédulas falsas colocadas no interior do maço. Contudo o equipamento apresenta alarme para detecção de erros.

3.5 Foi testado o equipamento para detecção de cédulas falsas, de maneiras distintas ao especificado em manual, sendo que desta maneira o equipamento detecta cédulas falsas, mas não em todas as situações testadas.


3.6 Foi testada a detecção de erro para cédulas, longas, curtas, duplas e meia, o equipamento detecta o erro, apenas se a programação do equipamento esteja com MG2 desligado.

3.7 Quanto ao capacidade do aparador de no mínimo 200 cédulas, o equipamento foi testado e suportou 200 cédulas com ressalvas, considerando que o quantitativo mínimo é de 200, esperava-se que o mesmo suporta-se mais do que este quantitativo, o que não foi possível com 204 cédulas.

3.8 Em análise da Caixa do equipamento, verificou-se que o mesmo possuía identificação de equipamento proposto em pregão 0349/7068-2016, sob esta identificação havendo outra identificando equipamento para fornecimento à GILOG/BU, cuja especificação é divergente e sob esta, a caixa do equipamento foi adulterada, conforme fotos anexas.



Handwritten signatures and initials are visible at the bottom of the page, including a large signature on the left and a circled mark on the right.





[Handwritten signatures and initials]


- 4 A representante da CAIXA questionou os participantes se restava mais alguma dúvida em relação ao equipamento, tendo como resposta que não haviam mais considerações a serem feitas.
- 5 Desta maneira, encerrou-se a análise, sendo que a conclusão será repassada à GILOG/CT Contratação, para sequência no processo licitatório.


Por ser verdade assinamos a presente

Representantes da CAIXA


Mariane Nogueira Proença
C122286



Maria Iris Mielko Fuzino Machado
C037741



Vania Rugik Polinski
C049708


Daniella de Oliveira Zago
C124831

Representante da EVI SYSTEMS BRASIL LTDA
João Medeiros de Oliveira
RG 362.91.787

Representante da VIPBRAZIL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO


Bruno Juarez dos Santos Castro
CPF 372.555.840-04
RG 3024927670 SSP/RS


Representante da VVR DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Pedro Paulo Herruzo
RG 29.155.587